

Indications

- > Postopératoire pour stabilisation et répartition de la pression (p.ex., ostéotomies du pied)
- > Cicatrisation postopératoire
- > Soins de traumatologie
- > Présence de broche de Kirschner (ne s'applique pas à APB™ ou APQ™)

Contre-indications

- > Fractures ouvertes

Instructions de nettoyage et entretien

Lavage à la main:

- > Si la chaussure est un peu sale, nettoyez-la avec un chiffon humide ou une brosse souple.
- > Laissez la chaussure sécher à l'air libre uniquement.

Mode d'emploi

La chaussure postopératoire DARCO stabilise, absorbe les chocs et décharge partiellement le pied après une opération au pied. La chaussure peut être utilisée à droite ou à gauche.

1. Ouvrez la chaussure au moyen des fermetures.
2. Faites attention de bien positionner le pied dans la chaussure.
3. Fixez le pied dans la chaussure à l'aide des fermetures.

Avertissements

Veillez toujours suivre le mode d'emploi. En cas de douleur ou d'enflure, cessez l'utilisation et consultez immédiatement votre fournisseur de soins médicaux. L'utilisateur assume la responsabilité si le produit est utilisé de manière inappropriée. Ce dispositif est conçu pour aider à la récupération et doit être utilisé exclusivement suivant les instructions d'un professionnel de la santé et en consultation avec celui-ci. DARCO International Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. Le port de bandages ou de chaussettes dans la chaussure est recommandé. Pendant le port de cet accessoire, ne conduisez pas de véhicule. Faites preuve d'une extrême prudence en marchant sur toutes les surfaces lorsque vous utilisez ce dispositif. Marchez plus lentement que d'habitude. Cet appareil doit être utilisé par un seul patient.

Pour le patient ou l'utilisateur : Ce dispositif a été conçu et fabriqué par DARCO International, Inc. dans le but d'être à la fine pointe de la technologie pour le traitement d'un problème médical spécifique. Si un incident grave se produit en rapport avec ce dispositif, vous devez le signaler au fabricant aux coordonnées figurant dans le présent document et à l'autorité compétente du pays ou de l'État où vous vous trouvez. Lorsque le traitement est terminé, mettez cet appareil au rebut conformément aux lois et ordonnances locales.

DARCO

Healing Shoe

Instructions For Use

MedSurg™

Original MedSurg™

MedSurg DUO™

APB™

APQ™

Softie™ Shoe

Classic Post Op Shoe

EZY Close

Soft Touch Post Op Shoe



Manufactured for:
 DARCO International, Inc.
 810 Memorial Blvd.
 Huntington, WV 25701, USA
 Phone 304.522.4883
www.darcointernational.com

EC REP

DARCO (Europe) GmbH
 Gewerbegebiet 18
 82399 Raisting, Germany
 Telefon +49 8807 9228 0
www.darco.de

Made in China

UK RP

V-M Orthotics Ltd
 Unit 25 Halesworth Industrial Estate
 Norwich Road Halesworth IP19 8QJ



Indications

- > Postoperative for stabilization and offloading, (e.g. foot osteotomies)
- > Postoperative healing
- > Trauma care
- > Presence of K-wire (Does not apply to APB™ or APQ™)

Contraindications

- > Open fractures

Cleaning Instructions/Maintenance

Hand washing:

- > When the shoe is slightly dirty, clean it with a damp cloth or a soft brush.
- > Allow the shoe to air dry only.

Instructions for use

The DARCO healing shoe provides stabilization, shock absorption, and pressure offloading after foot surgery. The shoe fits right and left equally.

1. Open the shoe by means of the closures.
2. Please ensure that the foot is properly positioned in the shoe.
3. Secure the foot in the shoe with the closures.

Caution

Please always follow these instructions for use. In case of pain or swelling, discontinue use and consult your medical provider immediately. User assumes responsibility if the product is used improperly. This device is designed to assist recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with a healthcare professional. DARCO International Inc. does not assume any responsibility for misuse of the product. It is advisable to wear dressings or socks with the shoe. Do not drive a vehicle while you are wearing this device. Use extreme caution when walking on all surfaces when using this device. Walk more slowly than normal. This device is for single-patient use only.

To the patient/user: This device has been designed and manufactured by DARCO International, Inc. to be state of the art for treatment of a specific medical condition. Should any serious incident occur in relation to this device it should be reported to the manufacturer at the contact information listed on this document and the proper authority of the country or state where you are located. When treatment is complete, dispose of this device according to local laws and ordinances.

Indicaciones

- > Postoperatorio para la estabilización y la redistribución de presión, por ejemplo en osteotomías del pie
- > Curación postoperatoria
- > Atención traumatológica
- > Presencia de alambres de Kirschner (No se aplica a APB™ o APQ™)

Contraindicaciones

- > Fracturas abiertas

Instrucciones de limpieza/Mantenimiento

Lavar a mano:

- > En caso de suciedad menor, el zapato se limpia con un trapo húmedo o con un cepillo blando.
- > Deje que el zapato se seque solo a temperatura ambiente.

Instrucciones de uso

El zapato postquirúrgico DARCO sirve para estabilizar el pie, absorber los choques y descargar la presión después de operaciones del pie. El zapato sirve para su uso a la derecha y a la izquierda indistintamente.

1. Abra el zapato con los cierres.
2. Asegúrese de que el pie esté bien posicionado dentro del zapato.
3. Asegure el pie en el zapato con los cierres.

Precaución

Observe siempre estas instrucciones de uso. En caso de dolor o hinchazón, interrumpa su uso y consulte inmediatamente a su médico. El usuario asume la responsabilidad si el producto se utiliza de forma inadecuada. Este dispositivo está diseñado para ayudar a la recuperación y debe utilizarse exclusivamente bajo la instrucción de un profesional de la salud y en consulta con él. DARCO International Inc. no asume ninguna responsabilidad por el mal uso del producto. Se recomienda utilizar el zapato con vendas o calcetines. Mientras use este dispositivo, no conduzca ningún vehículo. Sea sumamente cuidadoso cuando camine por todas las superficies. Camine más despacio que de costumbre. Este dispositivo es de uso exclusivo para un solo paciente.

Para el paciente/usuario: Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado por DARCO International, Inc. para ser de vanguardia en el tratamiento de una condición médica específica. Si ocurriera algún incidente grave en relación con este dispositivo, debe informarse al fabricante a través de la información de contacto que figura en este documento y a la autoridad competente del país o estado en el que se encuentre. Una vez finalizado el tratamiento, deseche este dispositivo de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales.